

**De:** licita@vacaria.rs.gov.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 20 de março de 2015 10:29  
**Para:** licitacomissao@vacaria.rs.gov.br  
**Assunto:** ENC: Esclarecimento edital Concorrência 06/2015  
**Anexos:** RDC 15 CBPF .pdf

---

**De:** licita@vacaria.rs.gov.br [mailto:licita@vacaria.rs.gov.br]  
**Enviada em:** sexta-feira, 20 de março de 2015 10:29  
**Para:** 'cirurgicalajeandense@gmail.com'  
**Assunto:** ENC: Esclarecimento edital Concorrência 06/2015

Da Comissão de Licitações e Setor de Farmácia

Em resposta à solicitação de esclarecimentos sobre a Concorrência 06/2015:

- 1) Considerando que a Secretaria Municipal da Saúde possui atualmente 100 pacientes cadastrados no programa de Insulinodependentes que, conforme Portaria 74/02 da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que aprova a concessão de insumos adicionais necessários à monitorização da Glicemia Capilar aos usuários do Sistema Único de Saúde já possuem o Glicosímetro Accu Check Active, é inviável a substituição por outra marca.  
Com relação a cotação é livre, porém há risco de desclassificação.
- 2)O item 227 orçado, não atende às especificações descritas no edital.  
No orçamento a lanceta é de punção manual e a solicitada no edital é com dispositivo de segurança, portanto realmente o valor do edital está incorreto.
- 3)Com relação aos valores publicados no edital para os itens 228 e 229 há erro de digitação. O valor orçado é de R\$2,11 para estes itens.
- 4) Sugerimos que esta justificativa seja apresentada juntamente com cópia da RDC 15/2014 bem como a classificação dos itens.
- 5) A solicitação da inscrição "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO" não partiu da Secretaria da Saúde. A Portaria 2814 de 29/05/1998/ MS estabelece procedimentos a serem observados pelas empresas produtoras, importadoras, distribuidoras e do comércio farmacêutico, objetivando a comprovação, em caráter de urgência, da identidade e qualidade de MEDICAMENTO, objeto de denúncia sobre possível falsificação, adulteração e fraude.

Atenciosamente,

--

Tatiane Boaventura Cavalheiro  
Enfermeira - Departamento de Atenção Básica Secretaria Municipal da Saúde - Vacaria/RS

Esta ata será anexada ao site, para auxiliar dúvidas de demais participantes.

Bom dia

Temos interesse em participar da Concorrência 06/2015 e gostaríamos que esclarecessem algumas dúvidas que temos, são elas:

1- Os itens 54, 146 e 226 consta que as fitas devem ser da marca Accu Check Active, no entanto nossa empresa comercializa as fitas de glicemia On Call Plus e fornece os equipamentos para leitura destas fitas em comodato ou bonificação, bem como treinamento aos usuários e possui Boas Práticas de Fabricação pela Anvisa, AFE e registro. Desta forma gostaríamos de saber se podemos cotar as fitas da marca On Call Plus?

2- O item 227 lancetas, podemos participar, pois nosso produto atende o descritivo, no entanto creio que o valor de referência esteja errado, pois as lancetas com dispositivo de segurança são mais caras, ficando na faixa de R\$ 0,30/unidade, poderiam verificar esta situação?

3- Os itens 228 e 229 também estão com valor de referência errado, pois as agulhas 8 x 3 e 12,7 x 0,33 são agulhas especiais e as seringas que utilizam estas agulhas são desenhadas sem espaço morto, sendo de valor maior que as seringas comuns, poderiam verificar esta situação?

4- Vários produtos está sendo solicitada Boas Práticas de Fabricação pela Anvisa, no entanto em 2014 a Anvisa editou uma RDC 15, que isenta desta certificação os produtos classificados como classe I e II, desta forma esta exigência não deveria constar no descritivo dos produtos classificados como de classe I e II, segue anexo a RDC 15.

5- Também é solicitado que os produtos contenham a informação "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO", no entanto esta informação é utilizada para medicamentos e a indústria e importadores não comercializam produtos como seringas, sondas, agulhas com esta informação no rótulo dos produtos. Gostaríamos de saber se esta exigência vai ser cobrada realmente, visto que os produtos não são fabricados com esta informação nos seus rótulos?

Aguardo retorno

Att

Welton E. Lüdtke

Cirúrgica Lajeadense

Fone: 51- 37295641

Lajeado RS



Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do [avast! Antivírus](#) está ativa.